

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|---|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>薛建玉</u> |
| | 职称: <u>工程师</u> |
| | 工作单位: <u>江苏同研工程造价咨询有限公司</u> |
| 项目信息 | 项目名称: 常州市新北区孟河中医医院西门子 DR: Ysio 球管采购项目 |
| | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p>该设备属于专业医用检查设备, 精度要求高, 球管属于设备重要的高值零配件, 非原厂球管在零配件货源, 技术专业性及维保人员配备等方面均不能可靠保障, 进而满足医院的要求, 而原厂零配件更换及维修可能造成图像失真, 给临床诊断带来其他错误, 维修时间较长且在</p> |
| 专业人员签字 | <p><u>薛建玉</u></p> |
| | 日期 <u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>24</u> 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

姓名: 杨京昌

从 11
一 二

项目信息

项目名称: 常州市新北区孟河中医医院西门 DR: Ysio 球管采购项目

供应商名称: 西门子医疗系统有限公司

- 一. DR球管在临床应用
球管为任何一个零部件均会影响图像质量
及检查效果. 原购单位现使用的DR为西门
子医疗系统有限公司产品.
- 二. DR之重要配件 球管为重要配件而此
非原厂球管在配: 该配件人员认为
不能满足要求
- 三. 此情况满足政府采购法第三十一条第一款之五
之. 建议采购单位采用单一来源采购方式与
原厂西门子医疗系统有限公司进行谈判采购.

专业人员论证
意见

专业人员签字

京昌

日期 2019

日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名: 耿刚 |
| | 职称: 高工 |
| | 工作单位: 常州市武进区政府采购管理办公室 |
| 项目信息 | 项目名称: 常州市新北区孟河中医医院西门子 DR: Ysio 球管采购项目 |
| | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p>设备为医用检查设备,精度要求高,且球管属于设备的价值零配件,选用原厂球管配件对设备的图像、射线能量、分辨率、对比度上具有可靠性、兼容性。为更好地使原设备匹配对接使用,且其他品牌无法保证和原设备的兼容良好,影响实际使用,因此,建议采用单一来源方式采购。</p> |

专业人员签字



日期 2024 0 日

注: 本表格中专业人员论证意见由 业人员手工填写。